



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแถบตรวจแอนติเอชไอวีชนิดรวดเร็ว (KHB HIV๒)

บรรจุกล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื้อแถบตรวจแอนติเอชไอวีชนิดรวดเร็ว (KHB HIV๒) บรรจุกล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อแถบตรวจแอนติเอชไอวีชนิดรวดเร็ว (KHB HIV๒) บรรจุกล่องละ ๕๐ ชิ้น จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฟท์ติ้ง กรุป คอร์ปอเรชั่น เซลส์แอนด์เซอร์วิสেস จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
1.	แถบตรวจแอนติเอชไอวีชนิดรวดเร็ว (KHB HIV2)	1.เป็นชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเอชไอวี 1 ทุกซิปไทป์/ เอชไอวี 2 แบบได้ผลรวดเร็วในซีรัม พลาสมา หรือเลือดครบส่วน เพื่อตรวจวินิจฉัย ตรวจคัดกรองเชิงคุณภาพ 2.ใช้หลักการ Double antigen sandwich chromatographic Immunoassay 3.ชุดตรวจมีความไว (Sensitivity) 100 % และความจำเพาะ(Specificity) 99.2 % 4.สามารถอ่านผลได้ภายใน 15 นาที 5.ชุดตรวจสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิ 4-30 ° C 6.มีใบอนุญาตนำเข้าจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ



(นายแพทย์จิกกoon ป้อมเพชร)
นายแพทย์ชำนาญการ



(นางสาวจงจิตร แดงขาว)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ



(นางสาวอารีรัตน์ จันทร์แดง)
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ
1.	แถบตรวจแอนติเอชไอวีชนิดรวดเร็ว (KHB HIV2)	1.เป็นชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเอชไอวี 1 ทุกซบไทป์/ เอชไอวี 2 แบบได้ผลรวดเร็วในซีรัม พลาสมา หรือเลือดครบส่วน เพื่อตรวจวินิจฉัย ตรวจคัดกรองเชิงคุณภาพ 2.ใช้หลักการ Double antigen sandwich chromatographic Immunoassay 3.ชุดตรวจมีความไว (Sensitivity) 100 % และความจำเพาะ(Specificity) 99.2 % 4.สามารถอ่านผลได้ภายใน 15 นาที 5.ชุดตรวจสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิ 4-30 ° C 6.มีใบอนุญาตนำเข้าจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นายแพทย์จักษุภรณ์ ป้อมเพชร)
นายแพทย์ชำนาญการ

จ. ห
(นางสาวจงจิตร แดงขาว)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ศิริรัตน์ จันทร์แดง
(นางสาวอารีรัตน์ จันทร์แดง)
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ